

**Business Stream Products
Certification Department**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH · 90431 Nürnberg

Concens A/S
Oresundsvej 7
DK-6715 ESBJERG N.

Contact

Tel. +49 911 655-5225
Mail service@de.tuv.com

Date April 01, 2015

Application for : CB-Zertifikat
Certificate No. : DE 02018751
Device : Medical Device
Battery Charger for medical use
Type : see Certificate
Test requirement : IEC 60601-1:2005+Corrigendum 1+Corrigendum 2+A1
incl. CENELEC common modification
for national deviations see test report

Dear Madame or Sir,

The submitted sample of the product has been tested and in this configuration found to be in accordance with the above mentioned requirements.
Enclosed please find the certificate No. DE 02018751.

Kind regards

Certification body


F. Ceriani

Test sample: stored by the applicant

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel. +49 911 655-5225
Fax +49 911 655-5226
Mail service@de.tuv.com
Web www.tuv.com/safety

Board of Management

Dipl.-Ing.
Jörg Mähler, Spokesman

Dipl.-Kfm.
Dr. Jörg Schlösser

Nürnberg HRB 26013
UST-ID Nr.: DE 811835490



Ref. Certif. No.

DE 2-018751

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OCCB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Battery Charger for medical use

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurConcens A/S
Oresundsvej 7
6715 Esbjerg N., DenmarkName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantConcens A/S
Oresundsvej 7
6715 Esbjerg N., DenmarkName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineConcens A/S
Oresundsvej 7
6715 Esbjerg N., DenmarkNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

100-240 V AC ; 50/60 Hz ; 20 W ; Class II

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Concens A/S

Model/type Ref.
Ref. de type

C3-CHG-01-xx-00

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiquées sur la 2^{ème} page)

//

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION

EDITION

IEC 60601-1:2005 + Corrigendum 1 + Corrigendum 2 + A1
incl. CENELEC common modification
for national deviations see test reportAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue une partie de ce Certificat

28107411 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationTÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg, Germany
Phone + 49 221 806-1371
Fax + 49 221 806-3935
Mail: cert-validity@de.tuv.com
Web: www.tuv.com
F. Ceriani

Date: 01.04.2015

Signature:

FR: 01/04/8015

D. RICCHI
01/04/2015
P. MILANESE